



शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज Government Medical College, Miraj

Miraj Pandharpur Road, Miraj, Dist.- Sangli - 416410.

► Website: gmemiraj.edu.in ► Email: deangmemiraj@yahoo.co.in ► Phone: 0233/2232090-99 ► Fax: 0233-2231959

जा.क्र./शावैमि/भांडार/दरपत्रके/ ६१० /२०१९

दिनांक:- १०/०१/२०१९.

संस्थेच्या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिध्द करून दरपत्रके मागणी

विषय :- न्यायवैद्यकशास्त्र विभागासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करणेबाबत...

खाली नमूद केल्याप्रमाणे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज या संस्थेच्या www.gmcmiraj.edu.in या संकेतस्थळावर ”न्यायवैद्यकशास्त्र विभागासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करणेसाठी” दरपत्रके मागविण्यांत येत असुन अधिकृत विक्रेते वा पुरवठादारांनी पुरवठयाचे दरपत्रक दिलेल्या मुदतीच्या आत या संस्थेत पाठविण्यात यावे.

अ.क्र.	उपकरणाचे नांव	मागणी संख्या	दर (सर्व करासह नमूद करावे)
१.	पॅराफिन एम्बिंग बाथ (Paraffine Embedding Bath)	1	
२.	टिश्यु फ्लोटेशन बाथ (Tissue Flotation Bath)	1	
३.	स्लाईड वार्मिंग टेबल (Slide Warming Table)	1	
४.	हॉट प्लेट (Hot Plate)	1	
सदरच्या उपकरणांची स्पेसिफिकेशन सोबत जोडले आहेत.			

सदरहु दरपत्रक या कार्यालयास दिनांक:- १६/०१/२०१९ ते दिनांक:- २१/०१/२०१८ या कालावधीत प्राप्त होणे आवश्यक आहे. सदरहु दरपत्रकाच्या लिफाप्यावर वस्तुचे नांव व अंतिम दिनांक:- २१/०१/२०१९ असे नमूद करून योग्यरित्या सिलबंद करून खालील पत्त्यावर पाठवावे.

”अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज - ४१६ ४१० पंढरपूर रोड, जि.सांगली.”

दरपत्रक मागवितांना खालील अटी व शर्ती राहतील.

- १) If any of the items/materials mentioned are already under the DGS & D rate contract, you are requested to give us the advantage of the contract rates as GMC Miraj is Government institute.
- २) सदरची वस्तु विभागाने मागविलेल्या स्पेसिफिकेशननुसार व उत्तम दर्जाची असावी.
- ३) सदर वस्तुची वारंटी, गॅरंटी दरपत्रकात नमूद करणे आवश्यक आहे.
- ४) वरील वस्तुची कंपनी, मॉडेल व बुकलेट दरपत्रकासोबत पाठविणे आवश्यक आहे.
- ५) पुरवठा आदेश प्राप्त झालेवर सदर वस्तु महाविद्यालयातील संबंधित विभागामध्ये त्वरीत पुरविणे, व स्थापित/कार्यान्वित करून देणे आवश्यक आहे.
- ६) वरील वस्तुचे प्रात्यक्षिक वापर करण्याच्या विभागाने घेतल्यानंतरच व त्यांचा अहवाल समाधानकारक प्राप्त झाल्यावर देयकाची रक्कम अदा करण्यांत येईल.
- ७) उपरोक्त यंत्राची ए.एम.सी. १ टक्के दराने किंवा सी.एम.सी. ५ टक्के दराने रु.१००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर करणे बंधनकारक राहिल.
- ८) सदर वस्तुचे दर हे कमीत कमी व बाजारभावाशी निगडीत असावे.

अधिष्ठाता,
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज.

Specification

1. Paraffin Embedding bath

- The bath is made up of stainless steel
- Temperature control between 37°C to 58°C with controlled by thermostat
- Stainless steel cups and six tubes with cup and covers

2. Tissue Flotation bath

- Double wall round construction
- Inner chamber made of oxidized black aluminum sheet
- Temperature – ambient to 80°C with thermostatically controlled
- Diameter 200 mm

3. Slide Warming Table

- Should provide uniform heat transfer over entire surface
- work surface durable
- Temperature control up to 80°C with regulator and adjustable thermostat
- LCD display preferable
- Plate size 300 mm to 250 mm

4. Hot Plate

- Round or Rectangular shape
- Temperature more than 250°C
- Safety Thermostat
- Digital control and digital display

Zimraulz
27-12-2018

Professor and Head
Dept. of Forensic Medicine,
Govt. Medical College & Hospital, Mira