

महाराष्ट्र शासन
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज
GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL MIRAJ

Tel: 0233/2232090-99

Fax: 2231959

E-mail:-deangmcmiraj@yahoo.co.in

जा.क्र./णावेमरुमि/भांडार/दरपत्रके/यंसाख/योजना(१८-१९)/४१८/१९,

दि:-२५/०१/२०१९

संस्थेच्या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिध्द करुन दरपत्रके मागणी

विषय :- विविध विभागासाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री खरेदी करणेबाबत...

खाली नमूद केल्याप्रमाणे सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षी यंत्र/उपकरणे खरेदीसाठी राज्य योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज या संस्थेतील विविध विभागांना आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री व उपकरणे संस्थास्तरावर खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्यांत येत असुन पुरवठादारांनी पुरवठ्याचे दरपत्रक दिलेल्या मुदतीच्या आत या संस्थेत पाठविण्यात यावे. सदरचे दर बाजार भावाशी निगडीत व कमीत कमी असावेत.

अ.क्र.	यंत्र/उपकरणाचे नांव	नग	स्पेसिफिकेशन	दर (सर्व करांसह)
१)	कोलोनोस्कोपी (व्हिडिओ एंडोस्कोप फॉर लोअर जीआय)	१	सोबत जोडलेल्या स्पेसिफिकेशननुसार	

सदरहु दरपत्रक या कार्यालयास दिनांक:-३०/०१/२०१९ पूर्वी पोहोचणे आवश्यक आहे. पुरवठादारांनी दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर संस्थेचे नांव, वस्तुचा अनुक्रमांक आणि वस्तुचे नांव तसेच अंतिम दिनांक:-३०/०१/१९ असे नमूद करुन यंत्रनिहाय स्वतंत्र दरपत्रके योग्यरित्या सिलबंद करुन खालील पत्त्यावर पाठवावीत.

"अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज, पंढरपूर रोड मिरज- ४१६ ४१०, जि. सांगली."

दरपत्रक मागवितांना खालील अटी व शर्ती राहतील.

- १) If any of the items/materials mentioned are already under the DGS & D rate contract, you are requested to give us the advantage of the contract rates as GMC Miraj is Government institute.
- २) सदरची वस्तु विभागाने मागविलेल्या स्पेसिफिकेशननुसार व उत्तम दर्जाची असावी.
- ३) सदर वस्तुची वारंटी, गॅरंटी दरपत्रकात नमुद करणे आवश्यक आहे.
- ४) वरील वस्तुची कंपनी, मॉडेल व बुकलेट दरपत्रकासोबत पाठविणे आवश्यक आहे.
- ५) उपरोक्त यंत्राची ए.एम.सी. १ टक्के दराने किंवा सी.एम.सी. ५ टक्के दराने रु.१००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर करणे बंधनकारक राहिल
- ६) पुरवठा आदेश दिल्यास वस्तु महाविद्यालयातील संबंधित विभागामध्ये पुरविणे व स्थापित करुन देणे आवश्यक आहे.
- ७) वरील वस्तुचे प्रात्यक्षिक वापर करण्याच्या विभागाने घेतल्यानंतरच व त्यांचा अहवाल समाधानकारक प्राप्त झाल्यावर देयकाची रक्कम अदा करण्यांत येईल.
- ८) प्राप्त दरपत्रक ग्राह्य अथवा रद्द करणे, दरपत्रकधारकांना पुरवठा आदेश निर्गमित करणे, तसेच संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया स्थगित अथवा रद्द करणे याबाबतचे सर्व अधिकार संस्थाप्रमुखांनी राखून ठेवलेले आहेत.


अधिष्ठाता,


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज.


केंद्रोन्कोस्कोपि specifications


1. Viewing direction 0°
2. Field of view- 140°
3. Observation range- 3-100 mm
4. Distal end diameter 12.8mm
5. Flexible portion diameter- 12.8mm
6. Bending capability- up 180°/down 180°, right 160°/left 160°
7. Working length - 1520mm to 1690mm
8. Total length - 1820mm-1990mm
9. Forcep channel diameter 3.8mm
10. Water jet

→ ~~is~~ Compatible for existing video
Upper GI Endoscope (Fusifilm → VP-3500, XL-445
EG-530FP)


ASSOCIATE PROFESSOR
DEPARTMENT OF SURGERY
Government Medical College, Miraj.


PROFESSOR & H. O. D.
DEPARTMENT OF SURGERY
Government Medical College, Miraj.


DEAN
GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL.
MIRAJ.


PROFESSOR & H. O. D.
DEPARTMENT OF SURGERY
Government Medical College, Miraj.