

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज जि.सांगली
Government Medical College & Hospital, Miraj Dist-Sangli

Tel:0233/2232090-99

Fax:2231959

E-mail:-deangmcmiraj@yahoo.co.in

जा.क्र./शासक/मिरज/भांडार/ई.एन.टी. यं.सा.दरपत्रके/ 33608

1/2022

दिनांक:- 02/10/2022

संस्थेच्या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिध्द करुन ऑनलाईन दरपत्रके मागणी

विषय:- कान नाक घसा विभागातील रुग्णांच्या हस्तक्रियेसाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या यंत्रसामुग्री खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत...

या संस्थेतील कान,नाक व घसा विभागासाठी खालील दिलेल्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे दर्शविण्यात आलेल्या यंत्रसामुग्रीचे दर सर्व करासह तात्काळ नमूद करावेत (सर्व करासह:-जी.एस.टी. व इतर चार्जेससह) तसेच दर्शविण्यात आलेले दर बाजार भावार्णी निगडीत व कमीत कमी असावेत.

अ.क्र.	तपशील	प्रति नग	दर सर्वकरासहित (जी.एस.टी)
1	3 Chip HD Camera (Camera console with Camera Head) For Endoscopy System		
2	ENT Wide Angle 0 Degree Telesocpe for Endoscopy System		

सदर दरपत्रका सोबत नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्रीचे माहिती पत्रके, कॅटलॉग इ.जोडावेत.सदर दरपत्रक हे महा महिन्यासाठी ग्राह्य अमतील असे भरावेत.सदर दरपत्रक या कार्यालयास दिनांक:02/10/2022 सायं.५ वाजेपर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे.दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर वरील "यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री चे नाव नमूद करावे " दरपत्रक अंतिम दिनांक: 10/10/2022 असे नमूद व सिलबंद करुन खालील पत्त्यावर पाठवावे." अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज- ४१६ ४१० पंढरपूर रोड, जि.सांगली."

दरपत्रक मागवितांना खालील अटी व शर्ती लागू राहतील.

- १) सदरचे यंत्र ज्या विभागाचे आहे त्यांनी दिलेल्या स्पेसिफिकेशन प्रमाणे यंत्र असणे आवश्यक आहे. सदर यंत्राचा दर्जा उत्तम व टिकाऊ असावा.
- २) यंत्राचे प्रात्यक्षिक वापर करण्याच्या विभागाने घेतल्यानंतरच त्यांचा अहवाल समाधानकारक प्राप्त झाल्यावर पुन्हा ऑर्डर देण्यात येईल.
- ३) सदर यंत्र हे कंपनीकडील मानांकित प्रतीची असावी.
- ४) सदरचे यंत्राचा वॉरंटी व गॅरन्टी खाल्यावधी नमूद करणे बंधनकारक राहिल.
- ५) वरील यंत्राची कंपनी,मॉडेल व वुक्लेट दरपत्रकासोबत पाठविणे बंधनकारक आहे.
- ६) सदर यंत्राचे दर हे कमीत कमी असावेत व उत्तम दर्जाचे असावे.
- ७) सदर यंत्राचे दर हे सर्व करासह नमूद करावेत.
- ८) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज, यांनी कोणतीही दरपत्रक कारण न दर्शविता स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवलेले आहेत.

अधिष्ठाता,

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज

प्रत- Spark Technologies Ltd, Krishna Smruti, Flat No. 6 Govt. Colony, Near Purva Garden Hotel Vishrambagh, Sangli २/ आपणाम कळविण्यात येते की,या संस्थेची वेबसाईटचे ब्रमकाज करणेचे देवभाल आपण करीत असुन वरील उपकरणांचे खरेदीदरपत्रकाची मागणीची जाहीरात संस्थेच्या www.gmcmiraj.edu.co.in या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात यावी. व त्याबाबतचा अहवाल या संस्थेस मादर करावा.

specifications for Camera console with Camera Head

- Rotating integrated 20mm coupler
- 1020x1080 resolution
- Touch screen LCD interface
- Fully programmable camera head button
- Imaging System -1/3 inch progressive CCDs definition
- Scanning system-Horizontal 64.00 Khz (60.00KHz) Vertical 60.02 Hz (50.00Hz)
- Digital Analog- Two Digital Video Interface (DVI) RGBHV 1280 x 1024 (HD) 720p 1080p (HDTV) format
- Connector-29 pin DVI-1/4 pin mini DIN

AR

82

4K Compatible Telescopes

- The Telescopes should be compatible with HD & 4K Camera Systems
- Should Extended light post length with PEEK Insulation that may reduce risk of burns
- Should have larger field of depth
- Should be Autoclavable
 - 1) 4 mm 0 Deg, 18cm
 - 2) 4 mm 45 Deg, 18cm
 - 3) 4 mm, 70 Deg, 18cm
- The Telescopes should have Aspherical rod lens technology for minimized optical distortion, better center to edge resolution and reduced fish-bowl effect
- Should have better light transmission and edge brightness, when compared to standard scopes
- Should have triple tube design and laser welded enclosures for increased quality and durability over ordinary scopes

@er

83