

महाराष्ट्र शासन
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज
GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, MIRAJ

Tel:0233/2232090-99 Fax:2231959

E-mail:-deangmcmiraj@yahoo.co.in

जा.क्र./शावैममि/व्ही.आर.डी.एल प्रयो./दरपत्रके/ १९८७६ /२०२४

दिनांक:-२६.१२.२०२४

संस्थेच्या संकेतस्थळावर डाऊनलोड करून ऑनलाईन दरपत्रके मागणी

विषय :- व्ही.आर.डी.एल प्रयोगशाळेमध्ये आवश्यक असणारे किट्स खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

संदर्भ:- १) साथरोग प्रतिबंध कायदा १८९७

२) केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५

३) शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग ३ / उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६.

४) शासन निर्णय क्र संकीर्ण - २०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७

५) मा.अधिष्ठाता, शावैम मिरज यांची मंजूर टिप्पणी दिनांक २४.१२.२०२४

या संस्थेतील व्ही.आर.डी.एल प्रयोगशाळेसाठी खाली दिलेल्या यादीनुसार आवश्यक असणारे किट्स खरेदी करणेसाठी संस्थेच्या www.gmcmiraj.edu.in या संकेतस्थळावर सर्व माहिती अपलोड केलेली आहे. त्याचे दर खाली दिलेल्या मुदतीच्या आत या संस्थेत पाठविण्यात यावेत सदरचे दर बाजार भावाशी निगडीत व कमीत कमी असावेत. सोबत जोडलेल्या यादीनुसार साधनसामग्रीची दिलेल्या तपशीला (Specification) नुसारच दरपत्रके पाठवावीत.

अ.क्र	किट्सचे नाव	आवश्यक नग	एकुण अंदाजित किंमत सर्व करांसह
1	Automated Viral RNA Extraction Kit with Consumables Compatible with MGISP-100BRS automated platform	96 Reactions	

सदरहु दरपत्रक या कार्यालयास दिनांक:- २७/०९/२०२५ पूर्वी कार्यालयीन वेळेपूर्वी पोहचणे आवश्यक आहे. सदरहु दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर व्ही.आर.डी.एल प्रयोगशाळेमध्ये आवश्यक असणारे किट्स खरेदीसाठीचे दरपत्रक असे नाव नमुद करून दरपत्रक अंतिम दिनांक:- २०/०९/२०२५ असे नमुद करून योग्यरित्या सिलबंद करून खालील पत्त्यावर पाठवावे.

“अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (व्ही.आर.डी.एल.), पंढरपूर रोड, मिरज, जि.सांगली - ४१६४१०.”

● दरपत्रक मागवितांना खालील अटी व शर्ती लागू राहतील.

- १) सदर वस्तुचा पुरवठा तात्काळ करणाऱ्या पुरवठादारांनीच दरपत्रके सादर करावीत.
- २) सदरचे वस्तु ज्या विभागाचे आहे त्यांनी दिलेल्या स्पेसिफिकेशन प्रमाणे असणे आवश्यक आहे. सदर साहित्याचा दर्जा उत्तम व टिकावू असावा.
- ३) सदर वस्तु हे दिलेल्या मानांकीत प्रतीची असावी.
- ४) सदरचे वस्तुची वॉरंटी व गॅरंटी कालावधी नमुद करणे बंधनकारक राहिल.
- ५) वरील वस्तुची कंपनी, मॉडेल व बुकलेट दरपत्रकासोबत पाठविणे बंधनकारक आहे.
- ६) सदर वस्तुचे दर हे सर्व करांसह नमुद करावेत अन्यथा सादर केलेले दरपत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही.
- ७) वरील १ ते ०६ अटी व शर्ती प्रमाणे ज्याचे कागदपत्र पूर्ण असतील तेच दरपत्रक ग्राह्य धरण्यात येईल.
- ८) सदर दरपत्रक मागणीची प्रक्रिया कोणत्याही स्तरावर रद्द/स्थगित करण्याचे अधिकार हे मा. अधिष्ठाता यांना आहेत.

(पी.आय, व्ही.आर.डी.एल)
सहयोगी प्रा.सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज

प्रा.व वि, सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज


अधिष्ठाता
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज

प्रत प्रसिध्दीसाठी सादर:- Spark Technologies, Flat No.6, Krishnasruti, Govt. Colony, Near Purva Hotel, Vishrambag, Sangli.

२/- आपणास कळविण्यात येते की, या संस्थेची वेबसाईटचे कामकाज करणेचे देखभाल आपण करत असून वरील किट्स खरेदीचे दरपत्रक मागणीची जाहिरात संस्थेच्या www.gmcmiraj.edu.in या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल या संस्थेला सादर करावा.

Specifications for Automated Viral RNA extraction kit with consumables compatible with MGISP-100BRS automated platform

For Use with	All Viral RNA
Species/Samples	Virus/Clinical Samples/Swabs/Plasma/Serum/CSF
Target Organism	All RNA Viruses
Detection Method	Magnetic bead based technology
Sample Amount	< 250 ul
Shipping Condition	Room Temperature
Targeted specificity	80% to 90% specificity for Viral RNA and DNA
Process type	Magnetic Stand Based Magnetic Bead Separation
Technology Used	Magnetic bead based
Elution Volume	30 to 100 ul
Kits Storage Temperature	2° to 8° C
Pack Size	96 reactions per kit or above
Kit Compatibility	MGISP-100BRS automated platform
Consumables required	1) 250 ul automated filter tips for MGISP-100B automated extraction system 2) 1.3 ml U-bottom deep well plate for MGISP-100B automated extraction system 3) 0.2 ml PCR 8-strip with flat caps for MGISP-100B automated extraction system


Associate Professor,
Department of Microbiology,
Govt. Medical College, Miraj.


Professor & Head,
Department of Microbiology,
Govt. Medical College, Miraj.

