

महाराष्ट्र शासन
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज
GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, MIRAJ

Tel:0233/2232090-99 Fax:2231959

E-mail:-deangmcmiraj@yahoo.co.in

जा.क्र./शावैममि/व्ही.आर.डी.एल प्रयो./दरपत्रके/ १९८७ /२०२४

दिनांक:-२६.१२.२०२४

संस्थेच्या संकेतस्थळावर डाऊनलोड करुन ऑनलाईन दरपत्रके मागणी

विषय :- व्ही.आर.डी.एल प्रयोगशाळेमध्ये आवश्यक असणारे किट्स खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

संदर्भ:- १) साथरोग प्रतिबंध कायदा १८९७

२) केंद्रिय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५

३) शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग ३ / उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६.

४) शासन निर्णय क्र संकीर्ण - २०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७

५) मा.अधिष्ठाता, शावैम मिरज यांची मंजुर टिप्पणी दिनांक २४.१२.२०२४

या संस्थेतील व्ही.आर.डी.एल प्रयोगशाळेसाठी खाली दिलेल्या यादीनुसार आवश्यक असणारे किट्स खरेदी करणेसाठी संस्थेच्या www.gmcmiraj.edu.in या संकेतस्थळावर सर्व माहिती अपलोड केलेली आहे. त्याचे दर खाली दिलेल्या मुदतीच्या आत या संस्थेत पाठविण्यात यावेत सदरचे दर बाजार भावाशी निगडीत व कमीत कमी असावेत. सोबत जोडलेल्या यादीनुसार साधनसामुग्रीची दिलेल्या तपशीला (Specification) नुसारच दरपत्रके पाठवावीत.

व.क्र	किट्सचे नाव	आवश्यक नग	एकुण अंदाजित किंमत सर्व करांसह
1	Respiratory viral pathogen multiplex/panel RT-PCR Kit	96 Reactions	

सदरहु दरपत्रक या कार्यालयास दिनांक:-१०/०२/२०२५ पूर्वी कार्यालयीन वेळेपूर्वी पोहचणे आवश्यक आहे. सदरहु दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर व्ही.आर.डी.एल प्रयोगशाळेमध्ये आवश्यक असणारे किट्स खरेदीसाठीचे दरपत्रक असे नाव नमुद करुन दरपत्रक अंतिम दिनांक:- १०/०२/२०२५ असे नमुद करुन योग्यरित्या सिलबंद करुन खालील पत्त्यावर पाठवावे.

“अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (व्ही.आर.डी.एल.), पंढरपूर रोड, मिरज, जि.सांगली - ४१६४१०.”

● **दरपत्रक मागवितांना खालील अटी व शर्ती लागू राहतील.**

- १) सदर वस्तुंचा पुरवठा तात्काळ करणाऱ्या पुरवठादारांनीच दरपत्रके सादर करावीत.
- २) सदरचे वस्तु ज्या विभागाचे आहे त्यांनी दिलेल्या स्पेसिफिकेशन प्रमाणे असणे आवश्यक आहे. सदर साहित्याचा दर्जा उत्तम व टिकावू असावा.
- ३) सदर वस्तु हे दिलेल्या मानांकीत प्रतीची असावी.
- ४) सदरचे वस्तुंची वॉरंटी व गॅरन्टी कालावधी नमुद करणे बंधनकारक राहिल.
- ५) वरील वस्तुंची कंपनी, मॉडेल व बुकलेट दरपत्रकासोबत पाठविणे बंधनकारक आहे.
- ६) सदर वस्तुंचे दर हे सर्व करांसह नमुद करावेत अन्यथा सादर केलेले दरपत्रक ग्राह्य धरले जाणार नाही.
- ७) वरील १ ते ०६ अटी व शर्ती प्रमाणे ज्याचे कागदपत्र पुर्ण असतील तेच दरपत्रक ग्राह्य धरण्यात येईल.
- ८) सदर दरपत्रक मागणीची प्रक्रिया कोणत्याही स्तरावर रद्द/स्थगित करण्याचे अधिकार हे मा. अधिष्ठाता यांना आहेत.

(पी.आय, व्ही.आर.डी.एल)
सहयोगी प्रा.सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज


प्रा.व वि, सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज


अधिष्ठाता
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज

प्रत प्रसिध्दीसाठी सादर:- Spark Technologies, Flat No.6, Krishnasruti, Govt. Colony, Near Purva Hotel, Vishrambag, Sangli.
२/- आपणास कळविण्यात येते की, या संस्थेची वेबसाईटचे कामकाज करणेचे देखभाल आपण करत असून वरील किट्स खरेदीचे दरपत्रक मागणीची जाहिरात संस्थेच्या www.gmcmiraj.edu.in या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल या संस्थेला सादर करावा.

Specifications for Respiratory viral pathogen multiplex/panel RT-PCR Kit

For Use with:	Should accurately identify more than 14 different respiratory pathogens should be ready-to-use kit including Internal Control and Positive Control
Species/Samples:	Human/Clinical Samples/swab/blood/serum/urine
Target Organism:	Respiratory viral pathogens (viruses only) Including Human parechovirus, Human coronavirus, Influenza virus A & B, RSV, Adenovirus, Enterovirus, Human Boca virus, Parainfluenza 1-4 Virus, Rhinovirus, Cytomegalovirus, varicella Zoster virus, HSV, Human metapneumovirus, & Human MUST INCLUDE CONTROL PANELS
Detection Method:	TaqMan Primer-Probe based chemistry
Shipping Condition:	Dry Ice
Targeted specificity:	100% specificity for more than 14 different respiratory viral pathogens
Assay targets:	Multiplex real-time PCR assay targeting more than 14 different respiratory viral pathogens
Reagents to be provided:	Master Mix, Enzyme Mix, Primer and Probe Mix, Negative Control, Positive Control
Storage Temperature:	-20°C ± 5°C
PCR Reactions:	96 Reactions per kit
Compatibility:	Should be compatible with QuantStudio® 5 and Bio-Rad CFX96 RT-PCR instruments
Certification:	The Kit should be CE-IVD approved
Shelf Life:	Expiry of the kit should be more than one year


Research Scientist (VRDL)
Department of Microbiology
Govt. Medical College, Miraj


Associate Professor,
Department of Microbiology
Govt. Medical College, Miraj


Professor & Head,
Department of Microbiology,
Govt. Medical College, Miraj.