

महाराष्ट्र शासन
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज जि.सांगली
Government Medical College & Hospital, Miraj Dist-Sangli

Tel:0233/2232090-99

Fax:2231959

E-mail:deangmcmiraj@yahoo.co.in

जा.क्र./शावेमरुमि/भांडार/दरपत्रके/ ८६२० /२०२१

दिनांक: १३/१२/२०२१

संस्थेच्या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिध्द करुन ऑनलाईन दरपत्रके मागणी

विषय:- लहान मुलांचा व नवजात शिशु कोविड अतिदक्षता विभाग चालू करणेसाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या यंत्रसामुग्री खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत...

या संस्थेतील बालरोगचिकित्साशास्त्र विभागांतर्गत लहान मुलांचा व नवजात शिशु कोविड अतिदक्षता विभागासाठी खालील दिलेल्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे दर्शविण्यात आलेल्या यंत्रसामुग्रीचे दर सर्व करासह तात्काळ नमूद करावेत (सर्व करासह:-जी.एस.टी. व इतर चार्जेससह) तसेच दर्शविण्यात आलेले दर बाजार भावाशी निगडीत व कमीत कमी असावेत.

अ.क्र.	यंत्रसामुग्रीचे नाव	प्रति नग	दर सर्वकरासहित (जी.एस.टी)
1	PHOTOTHERAPY UNITS	01	
वरील उपकरण लहान मुलांचा व नवजात शिशु कोविड अतिदक्षता विभागाशी निगडीत असल्याने वरील यंत्रांचे स्पेसिफिकेशन सोबत जोडले आहे त्या स्पेसिफिकेशन प्रमाणे दरपत्रके सादर करणे बंधनकारक आहे. दरपत्रक सोबत जोडलेल्या स्पेसिफिकेशनप्रमाणे प्राप्त न झाल्यास ते रद्द करण्यात येतील.			

सदर दरपत्रका सोबत नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्रीचे माहिती पत्रके, कॅटलॉग इ.जोडावेत.सदर दरपत्रक हे सहा महिन्यासाठी ग्राह्य असतील असे भरावेत.सदर दरपत्रक या कार्यालयास दिनांक: १६/१२/२०२१ सायं.५ वाजेपर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे.दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर वरील "यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री चे नाव नमूद करावे" दरपत्रक अंतिम दिनांक: १६/१२/२०२१ असे नमूद व सिलबंद करुन खालील पत्त्यावर पाठवावे." अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीयमहाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज-४१६४१० पंढरपूर रोड, जि.सांगली."

दरपत्रक मागवितांना खालील अटी व शर्ती लागू राहतील.

- १) सदरचे यंत्र ज्या विभागाचे आहे त्यांनी दिलेल्या स्पेसिफिकेशन प्रमाणे यंत्र असणे आवश्यक आहे. सदर यंत्राचा दर्जा उत्तम व टिकाऊ असावा.
- २) यंत्राचे प्रात्यक्षिक वापर करण्याच्या विभागाने घेतल्यानंतरच त्यांचा अहवाल समाधानकारक प्राप्त झाल्यावर पुरवठा ऑर्डर देण्यात येईल.
- ३) सदर यंत्र हे कंपनीकडील मानांकित प्रतीची असावी.
- ४) सदरचे यंत्राचा वॉरंटी व गॅरन्टी कालावधी नमूद करणे बंधनकारक राहिल.
- ५) वरील यंत्राची कंपनी,मॉडेल व युक्लेट दरपत्रकासोबत पाठविणे बंधनकारक आहे.
- ६) सदर यंत्राचे दर हे कमीत कमी असावेत व उत्तम दर्जाचे असावे.
- ७) सदर यंत्राचे दर हे सर्व करासह नमूद करावेत.
- ८) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज, यांनी कोणतीही दरपत्रक कारण न दर्शविता स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवलेले आहेत.

अधिष्ठाता, १३/१२

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज

प्रत-Spark Technologies Ltd. Krishna Smruti, Flat No.6 Govt. Colony,Near Purva Garden Hotel Vishrambagh ,Sangli २/ आपणास कळविण्यात येते की,या संस्थेची वेबसाईटचे कामकाज करणेचे देखभाल आपण करीत असून वरील यंत्रसामुग्री खरेदी दरपत्रकाची मागणीची जाहिरात संस्थेच्याwww.gmcmiraj.edu.co.in या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात यावी. व त्याबाबतचा अहवाल या संस्थेस सादर करावा.

LED Phototherapy

Specification

LED Phototherapy Stand (PT6001)

- Heavy duty mobile stand phototherapy unit
- Fire retardant enclosure for light source
- Light source height adjustment approx. 0.95 m to 1.5 m
- Light source tilt - continuous upto $\pm 90^\circ$
- Source cooling fan
- Therapeutic high wattage blue LEDs (12 nos.)
- Wavelength - 455 to 465nm
- High Irradiance at skin level up to $55 \mu\text{w}/\text{cm}^2/\text{nm}$
- Effective surface area 50 cm x 30 cm at 45/35 cm from light source with uniformity ratio of > 0.40
- LED Lamps rated to last upto 50,000 hrs (with 30% depreciation)
- Dual digital cumulative hour timer for LED usage and patient exposure
- Mounted on 2" castors

LED Under Surface Phototherapy (PT6005)

- Detachable fire retardant enclosure for light source
- Source cooling fan
- Therapeutic high wattage blue LEDs (8 nos.)
- Wavelength - 455 to 465nm
- High irradiance at skin level up to $55 \mu\text{w}/\text{cm}^2/\text{nm}$ at 27 cm
- Effective surface area with uniformity ratio of > 0.40
- LED Lamps rated to last upto 50,000 hrs (with 30% depreciation)
- Dual digital cumulative hour timer for LED usage and patient exposure

Infant Care Trolley (ICT6001)

- Mobile basinet cot for neonates
- Stainless steel baby bed with collapsible side poly-carbonate (unbreakable) panels, X-ray cassette holder and mattress
- Continuous variable head up/down facility
- Shelf below baby tray for under surface phototherapy storage
- Mounted on 4" castors

BB Shah

Associate Professor

Department Of Paediatrics

Government Medical College, Miraj.

P. V. P. Government Hospital Sangli.

ese

Professor and Head of Department,
Department of Pediatrics,
Government Medical College & Hospital, Miraj

Alu

Assistant Professor
Department of Paediatrics
Government Medical College Miraj
P.V.P. Government Hospital Sangli