

महाराष्ट्र शासन
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज जि. सांगली
Government Medical College, Miraj Dist-Sangli

Tel: 0233/2232090-99

Fax: 2231959

E-mail - deangmcmiraj@yahoo.co.in

जा.क्र./सावैममि/भांडार/दरपत्रके/ १३१९९ /२०२१

दिनांक: २४/१२/२०२१

**संस्थेच्या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिध्द करून ऑनलाईन ई-दरपत्रके
मागणी**

विषय:- शस्त्रक्रियागार विभागासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या यंत्रसामुग्री खरेदी करणेसाठी ई-दरपत्रके मागविणेबाबत...

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज अंतर्गत शस्त्रक्रियागार विभागासाठी खालील दिलेल्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे दर्शविण्यात आलेल्या यंत्रसामुग्रीचे दर सर्व करासह तात्काळ नमूद करावेत (सर्व करासह:- जी.एस.टी. व इतर चार्जसह) तसेच दर्शविण्यात आलेले दर बाजार भावाशी निगडीत व कमीत कमी असावेत.

अ.क्र.	यंत्रसामुग्रीचे नाव	प्रति नमू	दर सर्वकरासहित (जी.एस.टी.)
1	OT Top Light /Operation Shadowless Lamp		

सोबत स्पेसिफिकेशन जोडले आहे त्यानुसार दरपत्रक सादर करावे.

सदर दरपत्रक सोबत नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्रीचे माहिती पत्रके, कॅटलॉग इ.जोडावेत. सदर दरपत्रक हे महा महिन्यासाठी ग्राह्य अमतील असे भरावेत. सदर दरपत्रक या कार्यालयास दिनांक: ०७/०१/२०२२ सायं. ५ वाजेपर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर वरील "यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री चे नाव नमूद करावे" दरपत्रक अंतिम दिनांक: ०७/०१/२०२२ असे नमूद व सिलबंद करून खालील पत्त्यावर पाठवावे. "अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज- ४१६ ४१० पंढरपूर रोड, जि. सांगली."

दरपत्रक मागवितांना खालील अटी व शर्ती लागू राहतील.

- १) सदरचे यंत्र ज्या विभागाचे आहे त्यांनी दिलेल्या स्पेसिफिकेशन प्रमाणे यंत्र असणे आवश्यक आहे. सदर यंत्राचा दर्जा उत्तम व टिकाऊ असावा.
- २) यंत्राचे प्रात्यक्षिक वापर करण्याच्या विभागाने घेतल्यानंतरच त्यांचा अहवाल समाधानकारक प्राप्त झाल्यावर पुरवठा ऑर्डर देण्यात येईल.
- ३) सदर यंत्र हे कंपनीकडील मानांकित प्रतीची असावी.
- ४) सदरचे यंत्राचा वॉरंटी व गॅरंटी कालावधी नमूद करणे बंधनकारक राहील.
- ५) वरील यंत्राची कंपनी, मॉडेल व बुकलेट दरपत्रकासोबत पाठविणे बंधनकारक आहे.
- ६) सदर यंत्राचे दर हे कमीत कमी असावेत व उत्तम दर्जाचे असावे.
- ७) सदर यंत्राचे दर हे सर्व करासह नमूद करावेत.
- ८) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज, यांनी कोणतीही दरपत्रक कारण न दर्शविता स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवलेले आहेत.

अधिष्ठाता

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज

प्रत- Spark Technologies Ltd. Krishna Smruti, Flat No.6 Govt. Colony, Near Purva Garden Hotel Vishrambagh, Sangli २/ आपणास कळविण्यात येते की, या संस्थेची वेबसाईटचे कामकाज करणेचे देखभाल आपण करीत असून वरील उपकरणांचे खरेदी दरपत्रकाची मागणीची जाहिरात संस्थेच्या www.gmcmiraj.edu.co.in या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात यावी. व त्याबाबतचा अहवाल या संस्थेस सादर करा

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR LED CEILING MOUNTED OT LIGHTS

1. Double dome LED Light to be suspended from the ceiling.
2. Life of LEDs must be at least >50,000 hours.
3. Each dome should have a multi-lens matrix for a shadow free, homogenous, pure white, natural light field.
4. It should be designed for laminar air flow ceilings.
5. It should have an IR-free Illumination.
6. Colour rendering Index R (a): and R(9) both more than 94.
7. Light field diameter (at 1m distance, without change in intensity): 20 cm to 25 cm (minimum range).
8. The Illumination intensity should be at least 1, 60,000 lux at 1 meter distance for each dome.
9. Colour temperature should be between 4000K -4500K variable heavy & adjusts to colour in yellow to white
10. It should have light dimming range: 10% to 100%
11. It should have controls for all controllable parameters on dome assembly
12. It should be possible to adjust the dome at any position, have easy manoeuvrable, free up and down and swing movements and freely rotatable at any angle.
13. It should be supplied with 4 nos. of additional sterile handles.
14. It should be future ready to mount additional third dome or monitor arm which can install on same OT light suspension.
15. The entire system shall be from one and the same company.
16. It should be future ready to mount additional third dome or monitor arm which can install on same OT light suspension.

Hambakar

[Signature]